



VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: INFO/2024/010/SE

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

DATUM:

18. 11. 2024

Vážený pan

SDĚLENÍ K ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., VYŘÍZENÍ STÍŽNOSTI

Vážený pane [REDACTED],

dne 11. 11. 2024 jsme obdrželi Vaši stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace. Nesprávný postup měl spočívat v tom, že Vám byla informace poskytnuta pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Konkrétně jste brojil proti poskytnutí informací požadovaných v bodu 3, 4, 5 a 6 Vaší žádosti.

Tímto Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně vyřizuje stížnost tím způsobem, že dle § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje požadované informace.

K bodu 3) Předmětná zařízení nepodléhají kalibraci, jelikož se nejedná o jednoduchá zařízení. Předmětná zařízení jsou předmětem profylaktických prohlídek a prohlídek funkčnosti, jak již bylo sděleno. Jsou vystavovány protokoly, vizte přílohy.

K bodu 4) Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět, přístroje nemají stanovenou odchylku, jelikož se nejedná o jednoduché přístroje. Dle profylaktických prohlídek přístroje měří přesně a správně. Co se týče přesnosti výsledku analýzy, ten je zaručen postupem dle Metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví pro postup při laboratorním stanovení alkoholu (etylalkoholu) v krvi.

K bodu 5) V původním vyřízení stížnosti došlo nedopatřením ke špatnému nastavení platnosti odkazu. Zasíláme odkaz nový: <https://cloud.fnusa.cz/index.php/s/J7555CAC22PkSsW>

Heslo: 106informace

V případě, že by byl problém s přístupem k souboru, prosíme o sdělení na kontaktní údaje v hlavičce.

K bodu 6) V příloze zasíláme certifikáty zkoušky způsobilosti laboratoře za posledních 5 let. Zároveň je vše ověřováno v rámci akreditace NASKL, kterou jsme již zasílali.

S pozdravem

Ing. Vlastimil Vajdák

ředitel

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně